

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
12.4.220—  
2012

---

Система стандартов безопасности труда  
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.  
ИЗОЛИРУЮЩИЕ САМОСПАСАТЕЛИ  
С ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННЫМ ИЛИ СЖАТЫМ  
КИСЛОРОДОМ**

Технические требования. Методы испытаний.  
Маркировка. Правила отбора образцов

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2013

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Корпорация "Росхимзащита"» (ОАО «Корпорация "Росхимзащита"»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1820-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 12.4.220—2001

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)*

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Классификация . . . . .	4
4.1 Общая часть . . . . .	4
4.2 Типы самоспасателей . . . . .	4
4.3 Классы самоспасателей . . . . .	4
5 Технические требования . . . . .	4
5.1 Основные показатели и характеристики . . . . .	4
5.2 Конструктивные требования . . . . .	5
5.3 Требования надежности . . . . .	9
5.4 Требования стойкости к внешним воздействиям . . . . .	9
6 Маркировка . . . . .	10
7 Методы контроля (испытаний) . . . . .	11
7.1 Определение характеристик самоспасателя при испытаниях на установке ИЛ . . . . .	11
7.2 Испытания с участием испытателей . . . . .	13
7.3 Определение продолжительности и удобства включения в самоспасатель . . . . .	15
7.4 Проверка герметичности самоспасателей . . . . .	15
7.5 Определение герметичности рабочей части самоспасателей . . . . .	16
7.6 Проверка внешнего вида, маркировки . . . . .	16
7.7 Определение удельного поверхностного сопротивления неметаллических частей самоспасателей . . . . .	16
7.8 Определение массы самоспасателей . . . . .	16
7.9 Проверка усилия вскрытия футляра самоспасателей, прочности соединения элементов рабочей части самоспасателей и прочности соединения нити КИД с соединительной частью ДМ . . . . .	17
7.10 Определение сопротивления КИД . . . . .	17
7.11 Определение объема ДМ . . . . .	17
7.12 Определение усилия срабатывания органов ручного управления . . . . .	18
7.13 Определение герметичности дыхательных клапанов . . . . .	18
7.14 Определение значения величины постоянной подачи кислорода . . . . .	19
7.15 Определение давления срабатывания легочного автомата . . . . .	19
7.16 Испытания на надежность . . . . .	19
7.17 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после воздействия транспортных нагрузок . . . . .	20
7.18 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после воздействия вибрационной нагрузки . . . . .	20
7.19 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после падения . . . . .	20
7.20 Испытания самоспасателей типа ХК для подземных работ на раздавливание . . . . .	20
7.21 Климатические испытания . . . . .	21
7.22 Проверка стойкости самоспасателя к кратковременному воздействию пламени . . . . .	21
7.23 Определение устойчивости многоразовых самоспасателей к дезинфицирующим растворам . . . . .	22
7.24 Определение наличия пыли регенеративного продукта в воздуховодной системе самоспасателя типа ХК . . . . .	22
8 Правила отбора образцов . . . . .	23
Приложение А (рекомендуемое) Описание установки ИЛ . . . . .	24
Приложение Б (справочное) Значение коэффициента $r_2$ при доверительной вероятности 0,95 . . . . .	28



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.  
ИЗОЛИРУЮЩИЕ САМОСПАСАТЕЛИ С ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННЫМ ИЛИ СЖАТЫМ КИСЛОРОДОМ

Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов

Occupational safety standards system. Respiratory protective devices  
Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape. Technical requirements.  
Test methods. Marking. Sampling rules

Дата введения — 2013—12—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изолирующие самоспасатели с химически связанным или сжатым кислородом (далее — самоспасатели), предназначенные для экстренной защиты органов дыхания в непригодной для дыхания атмосфере при эвакуации или в ожидании помощи, и устанавливающие требования к самоспасателям, методам их испытаний, маркировке и правилам отбора образцов.

Настоящий стандарт не распространяется на самоспасатели:

- военного назначения;
- для эвакуации при пожарах;
- специально разработанные для подразделений пожарной охраны и для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- специально разработанные для использования в авиационной, космической технике и при подводных работах;
- специально разработанные для использования в медицинских целях и в микробиологии;
- средства индивидуальной защиты, используемые в качестве образцов при проведении выставок и торговых ярмарок.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 12.4.026—2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.189—99 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия

ГОСТ Р 12.4.268—2012 Система стандартов безопасности труда. Автономные изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения величины сопротивления дыханию

ГОСТ Р 12.4.269—2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Порядок проведения испытаний изолирующих дыхательных аппаратов и самоспасателей с участием испытателей-добровольцев

ГОСТ Р ЕН 13274-1—2009 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД

ГОСТ 12.4.008—84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения

ГОСТ 12.4.157—75 Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть

ГОСТ 949—73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на  $P_p \leq 19,6$  МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>). Технические условия

ГОСТ 6433.2—71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 воздуховодная система (рабочая часть):** Система самоспасателя, в которой циркулирует выдыхаемая и вдыхаемая ГДС, включает в себя следующие элементы: лицевую часть, дыхательный мешок, регенеративный патрон или баллон (ТИК) с поглотительным патроном и систему шлангов.

**3.2 газовая дыхательная смесь; ГДС:** Смесь газов и паров воды, заполняющая внутренний объем самоспасателя и используемая для дыхания.

**3.3 дыхательный мешок; ДМ:** Составная часть самоспасателя, представляющая собой эластичную емкость для ГДС.

**3.4 дыхательный объем:** Объем одного выдоха (вдоха).

**3.5 запорное устройство:** Устройство, открывающее или закрывающее подачу ГДС или кислорода из источника.

**3.6 изолирующий самоспасатель (самоспасатель):** СИЗОД, изолирующее дыхательные пути от окружающей атмосферы и предназначенное для экстренной защиты органов дыхания и зрения человека в непригодной для дыхания атмосфере при эвакуации и/или в ожидании помощи.

**3.7 изолирующий самоспасатель с твердым источником кислорода:** Изолирующее СИЗОД разового использования, действие которого основано на регенерации ГДС в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в ГДС кислорода из твердого источника кислорода. Излишек ГДС выводится наружу через КИД.

**3.8 изолирующий самоспасатель с химически связанным кислородом:** Изолирующее СИЗОД разового использования, действие которого основано на регенерации ГДС в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в ГДС выделяющегося при этом кислорода. Излишек ГДС выводится наружу через КИД.

**3.9 изолирующий самоспасатель со сжатым кислородом:** Изолирующее СИЗОД одноразового или многоразового использования, действие которого основано на регенерации ГДС в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и добавления в ГДС кислорода из баллона со сжатым кислородом. Излишек ГДС выводится наружу через КИД.

**3.10 клапан избыточного давления; КИД:** Составная часть самоспасателя, предназначенная для сброса избытка ГДС из внутреннего объема самоспасателя в атмосферу.

**3.11 коэффициент подсоса:** Показатель, выражаемый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью СИЗОД к его концентрации в атмосфере испытательной камеры, определяемый при условиях, когда воздух проникает под лицевую часть по полосе обтирания и через неплотности соединения отдельных составных частей СИЗОД.

**3.12 круговая схема дыхания:** Схема движения ГДС во внутреннем объеме самоспасателя, при которой ГДС проходит РП или ПП в одном направлении независимо от фазы дыхания.

**3.13 легочная вентиляция:** Объем ГДС, прошедший при дыхании через легкие человека или через установку «Искусственные легкие» за 1 мин.

**3.14 легочно-автоматическая регулировка:** Дозирование необходимого объема кислорода с помощью дозирующего устройства (легочного автомата), управляемого дыханием.

**3.15 лицевая часть:** Составная часть самоспасателя, обеспечивающая поступление ГДС в органы дыхания и изолирующая дыхательные пути от окружающей атмосферы.

**3.16 маятниковая схема дыхания:** Схема движения ГДС во внутреннем объеме самоспасателя, при которой поток ГДС в РП или ПП на фазах вдоха и выдоха имеет противоположное направление.

**3.17 номинальное время защитного действия (номинальное ВЗД):** Время защитного действия самоспасателя, которое установлено для конкретного типа самоспасателя при испытании его на установке «Искусственные легкие» на номинальном режиме и относительно которого устанавливаются допустимые значения фактического ВЗД при различных условиях.

**3.18 номинальный режим:** Режим испытаний на установке «Искусственные легкие» с легочной вентиляцией 35 дм<sup>3</sup>/мин при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С.

**3.19 орган управления:** Составная часть самоспасателя, с помощью которого производится включение (инициирование) самоспасателя и изменение режимов его работы.

**3.20 поглотительный патрон; ПП:** Составная часть самоспасателя, в которой осуществляется поглощение диоксида углерода из выдыхаемой ГДС.

**3.21 полоса обтюрации:** Поверхность прилегания средства индивидуальной защиты к телу человека, обеспечивающая герметизацию пространства внутри средства индивидуальной защиты.

**3.22 постоянная подача кислорода:** Дозирование необходимого объема кислорода с помощью неуправляемого дозирующего устройства.

**3.23 рабочий объем дыхательного мешка (объем ДМ):** Объем воздуха, удаляемого из ДМ при изменении давления в нем от заданного избыточного значения или от установленного при его наполнении после открытия КИД до установленного нижнего значения или до момента открытия дозирующего устройства (легочного автомата).

**3.24 регенеративный патрон; РП:** Составная часть самоспасателя с химически связанным кислородом, в которой осуществляется поглощение диоксида углерода и паров воды из выдыхаемой ГДС и выделение кислорода.

**3.25 регенерация ГДС:** Поглощение диоксида углерода из выдыхаемой ГДС и обогащение ее кислородом.

**3.26 система быстрого запуска:** Система, автоматически приводящая самоспасатель в действие, например, при вскрытии герметичного футляра или извлечении лицевой части и т. п.

**3.27 сопротивление дыханию:** Показатель, выражаемый разностью между давлением на вдохе или выдохе в лицевой части самоспасателя и атмосферным давлением.

**3.28 сопротивление КИД:** Показатель, выражаемый разностью давлений на входе и выходе проходящего через КИД постоянного потока воздуха при заданном его расходе.

**3.29 составная часть самоспасателя:** Часть самоспасателя (в том числе материалы), предназначенная для сборки самоспасателя.

**3.30 средство индивидуальной защиты органов дыхания; СИЗОД:** Устройство, предназначенное для защиты органов дыхания от опасных и вредных факторов, действующих ингаляционно.

**3.31 твердый источник кислорода; ТИК:** Механическая смесь химических веществ, выделяющаяся с установленной скоростью при ее разложении кислородом после проведения на нее теплового, химического или иного воздействия.

**3.32 установка «Искусственные легкие» (установка ИЛ):** Установка, имитирующая внешнее дыхание человека и предназначенная для испытания СИЗОД.

**3.33 фактическое время защитного действия самоспасателя (фактическое ВЗД):** Время действия самоспасателя до достижения предельных параметров дыхания и параметров выдыхаемой ГДС, заданных настоящим стандартом, при испытаниях на установке ИЛ и с участием испытателей-добровольцев (испытателей).

## 4 Классификация

### 4.1 Общая часть

Самоспасатели классифицируют на типы и классы в зависимости от источника кислорода и номинального ВЗД.

### 4.2 Типы самоспасателей

Тип СК — самоспасатель со сжатым кислородом и ПП для удаления диоксида углерода, в том числе:

тип СК1 — самоспасатель с постоянной подачей кислорода;

тип СК2 — самоспасатель с легочно-автоматической подачей кислорода;

тип СК3 — самоспасатель с комбинированной (постоянной и легочно-автоматической) подачей кислорода.

Тип ХК — самоспасатель с регенеративным продуктом на основе надпероксидов щелочных металлов.

Тип ТК — самоспасатель с ТИК и ПП для удаления диоксида углерода.

### 4.3 Классы самоспасателей

Самоспасатели классифицируют по номинальному ВЗД в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 — Классы самоспасателей в зависимости от номинального ВЗД

Класс самоспасателя в зависимости от номинального ВЗД	Номинальное ВЗД, мин	Временной интервал, через который устанавливают номинальное ВЗД, мин
1	До 30 включ.	5
2	Св. 30 до 60 включ.	5
3	Св. 60 до 90 включ.	10
4	Св. 90	10

Для подтверждения номинального ВЗД должны быть соблюдены требования по составу вдыхаемой ГДС и условиям дыхания в соответствии с 5.1.1.3—5.1.1.6.

## 5 Технические требования

### 5.1 Основные показатели и характеристики

#### 5.1.1 Показатели назначения

5.1.1.1 Самоспасатели должны быть работоспособными при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 40 °С в режимах дыхания, соответствующих нагрузкам от относительного покоя до тяжелой нагрузки.

Испытания проводят в соответствии с 7.1 и 7.2.

5.1.1.2 Значения фактического ВЗД самоспасателей при температуре окружающей среды  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$  в зависимости от легочной вентиляции (тяжести нагрузки) должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 — Значения фактического ВЗД по отношению к номинальному при температуре окружающей среды  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Тип самоспасателя	Значение фактического ВЗД по отношению к номинальному при легочной вентиляции, %, не менее		
	10 дм <sup>3</sup> /мин (относительный покой)	35 дм <sup>3</sup> /мин (нагрузка средней тяжести)	70 дм <sup>3</sup> /мин (тяжелая нагрузка)
СК1	100	100	30
СК2	300	100	30
СК3	100	100	30
ХК	300	100	30
ТК	100	100	30

Испытания проводят в соответствии с 7.1.

5.1.1.3 Объемная доля кислорода во вдыхаемой ГДС или в ДМ должна быть не менее 21 %.

В начальный период и в конце испытаний допускается уменьшение объемной доли кислорода до 19 % не более чем на 3 мин.

Показатель проверяют при испытании в соответствии с 7.2 и ГОСТ Р 12.4.269.

5.1.1.4 Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС для всех классов самоспасателей при всех нагрузках не должна превышать 3 %, при этом для самоспасателей 3 и 4 классов средняя объемная доля диоксида углерода при испытании на установке ИЛ на номинальном режиме в течение номинального ВЗД не должна превышать 1,5 %.

При проведении испытаний с участием испытателей допускается измерять объемную долю диоксида углерода в ДМ. При этом объемная доля в ДМ не должна превышать 3 %.

В условиях отрицательных температур для самоспасателей типа ХК в первые 6 мин работы допускается кратковременное (не более 3 мин) повышение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой из самоспасателей ГДС или в ДМ до 5 %.

Испытание проводят в соответствии с 7.1, 7.2 и ГОСТ Р 12.4.269.

5.1.1.5 При испытаниях на установке ИЛ сопротивление дыханию должно соответствовать следующим требованиям:

- для самоспасателей типов СК2, СК3 и ТК без избыточного давления ГДС сопротивление дыханию не должно превышать на вдохе 400 Па и на выдохе — 500 Па при легочной вентиляции 35 дм<sup>3</sup>/мин;

- для самоспасателей типов СК1, СК3 и ТК с избыточным давлением ГДС должно быть на вдохе под лицевой частью избыточное давление не менее 0 Па, а на выдохе сопротивления дыханию не более 600 Па при легочной вентиляции 35 дм<sup>3</sup>/мин;

- для самоспасателей типа ХК сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при легочной вентиляции 35 дм<sup>3</sup>/мин не должно превышать 980 Па, а при легочной вентиляции 70 дм<sup>3</sup>/мин не должно превышать 1960 Па.

Проверку проводят в соответствии с 7.1 и ГОСТ Р 12.4.268.

5.1.1.6 При испытаниях на номинальном режиме температура вдыхаемой ГДС в течение номинального ВЗД для самоспасателей типов СК1, СК2, СК3 не должна превышать 45 °С, для самоспасателей типа ТК — 50 °С, для самоспасателей типа ХК — 55 °С, за исключением самоспасателей типа ХК 1-го класса с номинальным ВЗД до 15 мин, для которых температура не должна превышать 60 °С.

Испытания проводят в соответствии с 7.1.

5.1.1.7 Самоспасатели должны быть герметичны.

Испытания проводят в соответствии с 7.4.

5.1.1.8 Воздуховодная система самоспасателей должна быть герметична при внутреннем избыточном давлении 1000 Па. Допускается изменение давления не более чем на 160 Па в течение 1 мин.

Испытание проводят в соответствии с 7.5.

5.1.1.9 Объемная доля кислорода в баллоне самоспасателей типа СК должна быть не менее 99,5 %, а содержание влаги не должно превышать значений, приведенных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Максимальное содержание влаги

Давление заполнения, МПа	Влажность, мг/м <sup>3</sup>
20	≤ 50
30	≤ 35

Требование данного пункта должно быть включено в эксплуатационную документацию.

Испытания проводят в соответствии с 7.6.

## 5.2 Конструктивные требования

### 5.2.1 Общие конструктивные требования

5.2.1.1 Самоспасатели могут быть сконструированы по маятниковой или круговой схеме дыхания. В состав самоспасателя, в общем случае, должны входить:

- лицевая часть;
- РП или баллон с кислородом в комплекте с ПП, или ТИК в комплекте с ПП;
- соединительные шланги (при необходимости);
- ДМ.

5.2.1.2 Самоспасатели должны быть максимально компактными. Конструкцией самоспасателей должна быть предусмотрена возможность их постоянного ношения или стационарного размещения в специально оборудованных местах.

5.2.1.3 Масса самоспасателей должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 — Масса самоспасателей

Класс самоспасателя	Масса, кг, не более
1	2,5
2	3,5
3	5,0
4	6,0

Масса носимых самоспасателей не должна превышать 5 кг.

Испытания проводят в соответствии с 7.8.

5.2.1.4 Самоспасатели не должны иметь выступающих деталей или острых граней, которые могли бы цепляться за окружающие предметы при движении человека в узких проходах, не должны мешать выполнению рабочих операций при ношении в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5.2.1.5 Поверхности любых частей самоспасателей, соприкасающихся с телом пользователя, не должны иметь острых краев или заусенцев.

5.2.1.6 Конструкцией самоспасателя должна быть предусмотрена легкая очистка его наружной поверхности.

5.2.1.7 Конструкцией самоспасателей должно быть предусмотрено недопущение попадания химических веществ в дыхательные пути пользователя и негативного воздействия слюны или конденсата на пользователя или создания ими препятствия в работе самоспасателей.

5.2.1.8 Конструкцией самоспасателей должно быть предусмотрено исключение случайного срабатывания системы быстрого запуска (при ее наличии).

Проверку показателей по 5.1.2.4—5.1.2.8 проводят в соответствии с 7.6, 7.24 и при испытании в соответствии с 7.2.

5.2.1.9 Конструкцией самоспасателей должна быть предусмотрена возможность включения в него за не более 15 с.

Испытания проводят в соответствии с 7.3.

5.2.1.10 Температура поверхности самоспасателей, обращенной к телу пользователя, должна быть переносимой для пользователя, одетого в хлопчатобумажную рабочую одежду.

Проверку проводят в соответствии с 7.2.

5.2.1.11 В качестве лицевой части самоспасателя должен быть использован загубник с носовым зажимом и очками или без них, маска или капюшон с внутренней полумаской или без нее.

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.1.12 Лицевая часть самоспасателей должна обеспечивать видимость в диапазоне температур от минус 20 °С до плюс 40 °С в течение фактического ВЗД.

Ограничение площади поля зрения допускается не более чем на 30 % для всех самоспасателей, кроме самоспасателей, укомплектованных очками и маской.

Для самоспасателей, укомплектованных очками и маской, ограничение площади поля зрения должно быть не более чем на 50 %, по требованию заказчика значение ограничения площади поля зрения может быть изменено.

Проверку проводят при испытании в соответствии с 7.2 и ГОСТ Р 12.4.008.

5.2.1.13 Применяемый загубник не должен перекрывать дыхательный контур при работе самоспасателей. Загубник должен иметь зубные захваты и использоваться с носовым зажимом и защитными очками или без защитных очков.

Проверку проводят в соответствии с 7.5 и при испытании в соответствии с 7.2.

5.2.1.14 Носовой зажим должен герметично закрывать нос от доступа воздуха. Носовой зажим должен быть гибко связан с загубником таким образом, чтобы во время присоединения ко рту загубника внимание пользователя автоматически было привлечено и к носовому зажиму.

Проверку проводят в соответствии с 7.6 и при испытании в соответствии с 7.2.

5.2.1.15 Применяемые защитные очки должны быть прикреплены к самоспасателю таким образом, чтобы их нельзя было потерять.

Проверку проводят в соответствии с 7.6 и при испытании в соответствии с 7.2.

5.2.1.16 Применяемые в качестве лицевой части маски должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.189.

5.2.1.17 Применяемые в качестве лицевой части маска или кашюшон с полумаской должны быть снабжены регулируемыми или саморегулируемыми креплениями, при использовании которых достигается требуемая герметичность.

Проверку проводят при испытании в соответствии с 7.2.

5.2.1.18 Составные части самоспасателей, используемые во взрывоопасной среде, должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих фрикционную искробезопасность.

Проверку проводят при испытании в соответствии с 7.6.

5.2.1.19 Используемые во взрывоопасной среде самоспасатели должны быть антистатическими.

При этом поверхностное сопротивление неметаллических частей самоспасателей площадью 100 см<sup>2</sup> должно быть не более 10<sup>9</sup> Ом.

Проверку проводят при испытании в соответствии с 7.7.

5.2.1.20 Конструкцией самоспасателей должны быть обеспечен удобство ношения и быстрое вскрытие футляра, исключение возможности случайного вскрытия футляра при ношении.

Усилие вскрытия футляра не должно превышать 80 Н, для самоспасателей, предназначенных для подземных работ, — не более 196 Н.

Проверку усилия вскрытия футляра проводят в соответствии с 7.9, удобство и быстроту — при испытании в соответствии с 7.2.

5.2.1.21 Соединения элементов воздуховодной системы должны выдерживать усилие разрыва не менее 98 Н.

Проверку проводят в соответствии с 7.9.

5.2.1.22 При использовании КИД натяжного действия соединение нити КИД с соединительной частью ДМ должно выдерживать растягивающее усилие не менее 49 Н, приложенное в течение (10 ± 1) с.

Проверку проводят в соответствии с 7.9.

5.2.1.23 Сопротивление КИД должно быть не менее 98 Па и не более 441 Па при постоянном потоке воздуха с объемным расходом 1,5 дм<sup>3</sup>/мин и не должно превышать 784 Па при постоянном потоке воздуха с объемным расходом 60 дм<sup>3</sup>/мин.

Если КИД располагается в дыхательном контуре перед РП (ПП), то падение давления между КИД и входом в ДМ ни в какой период времени в течение фактического ВЗД не должно быть больше, чем минимальное давление открытия КИД.

Проверку проводят в соответствии с 7.10.

5.2.1.24 Объем ДМ самоспасателей должен быть не менее 5 дм<sup>3</sup>.

Проверку проводят в соответствии с 7.11.

5.2.1.25 Органы управления самоспасателей (вентили, рычаги, кнопки и др.) должны быть доступны для приведения их в действие, защищены от механических повреждений и случайного срабатывания и должны срабатывать при усилии не более 80 Н.

Проверку проводят в соответствии с 7.12 и при испытании в соответствии с 7.2.

5.2.1.26 Герметичность дыхательных клапанов (при их наличии) самоспасателей должна быть такой, чтобы при избыточном давлении 490 Па утечка ГДС через клапан не превышала 0,5 дм<sup>3</sup>/мин. Должна быть исключена возможность установки клапана вдоха на место клапана выдоха и наоборот с изменением направления движения ГДС в воздуховодной системе самоспасателя.

Проверку проводят в соответствии с 7.13 и 7.6.

5.2.1.27 Конструкцией самоспасателей должна быть предусмотрена возможность определения факта его первичного приведения в рабочее состояние или вскрытия.

Проверку проводят при испытании в соответствии с 7.2 и 7.6.

5.2.1.28 Эластичные компоненты самоспасателей (при их наличии в конструкции) не должны спасться при длительном хранении в свернутом состоянии.

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.1.29 Соединительные шланги должны быть эластичными и устойчивыми к изгибу. Соединительные шланги и загубник не должны ограничивать свободу движения головы пользователя и препятствовать подаче ГДС или перекрывать ее.

Проверку проводят при испытании в соответствии с 7.2 и 7.6.

5.2.1.30 Составные части самоспасателей, контактирующие с химическими веществами, используемыми в самоспасателях, должны быть устойчивы к воздействию этих веществ.

5.2.1.31 Коэффициент подсоса лицевой части по полосе обтюрации должен быть не более 5 · 10<sup>-2</sup> %.

Проверку проводят при испытании в соответствии с ГОСТ 12.4.157.

### 5.2.2 Конструктивные требования к самоспасателям типа СК

5.2.2.1 Составные части и детали самоспасателя, по которым поступает сжатый кислород, должны быть надежно защищены от попадания твердых частиц, которые могут содержаться в сжатом кислороде.

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.2.2 Металлические трубы, клапаны и соединительные детали, работающие под высоким давлением, должны без разрушения выдерживать давление при испытаниях на 50 % выше максимального давления заполнения газовых баллонов.

Неметаллические детали, работающие под высоким давлением, должны при испытаниях выдерживать без разрушения давление в два раза превышающее максимальное давление заполнения газовых баллонов.

Все шланги, работающие под средним давлением ниже редукционного клапана (по потоку), должны выдерживать без разрушения давление в два раза превышающее их максимально достижимое рабочее давление.

5.2.2.3 Соединительные детали, работающие под высоким, средним и низким давлением, не должны быть взаимозаменяемыми.

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.2.4 К самоспасателю, укомплектованному несколькими баллонами, подсоединяют баллоны с одинаковым максимальным давлением заполнения.

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.2.5 Запорное устройство для баллона с кислородом или другое техническое средство для того, чтобы открыть подачу кислорода, должно быть только одно. Запорное устройство или его эквивалент должны открываться вручную или автоматически при запуске самоспасателя.

При использовании обычного вентиля он не должен вывинчиваться из узла в осевом направлении при нормальной работе.

Запорное устройство баллона должно быть сконструировано таким образом, чтобы его нельзя было закрыть случайно.

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.2.6 Должна быть исключена возможность подсоединения баллона с более высоким максимальным давлением заполнения (например, 30 МПа) к самоспасателю, рассчитанному на более низкое максимальное давление заполнения (например, 20 МПа).

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.2.7 Если в состав самоспасателя входит редуктор, любая его часть должна быть надежно защищена от случайной замены и должным образом опломбирована для того, чтобы любая неразрешенная регулировка могла быть обнаружена.

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.2.8 Самоспасатель должен быть снабжен надежным манометром (индикатором давления), который показывает давление в баллоне. На его шкале должна быть нанесена надпись «Кислород» или « $O_2$ ».

Индикатор давления должен функционировать все время независимо от действия запорного устройства баллона.

Индикатор давления должен быть снабжен соответствующим разрушающим размыкающим элементом для того, чтобы в случае взрыва или разрыва элементов индикатора, находящихся под давлением, взрыв был направлен в сторону от носящего. Если в индикаторе давления предусмотрено окошко, оно должно быть сделано из прозрачного трудно разрушаемого материала.

Конструкцией самоспасателя должен быть предусмотрен ограничитель для того, чтобы при любом повреждении индикатора скорость вытекания кислорода не превышала 5 дм<sup>3</sup>/мин.

Стекло манометра (индикатора давления) не должно разрушаться во время эксплуатации самоспасателя.

Проверку проводят в соответствии с 7.6.

5.2.2.9 В самоспасателях только с постоянной дозировкой поток кислорода должен быть не менее 4 дм<sup>3</sup>/мин в течение номинального ВЗД.

Проверку проводят в соответствии с 7.14.

5.2.2.10 В самоспасателях только с легочным автоматом давление открытия механизма подачи с помощью легочного автомата должно быть не менее чем на 200 Па ниже атмосферного давления.

При открытии клапана легочного автомата поток кислорода должен быть не менее 80 дм<sup>3</sup>/мин при всех значениях давления в баллоне, превышающих 1 МПа.

Испытания проводят в соответствии с 7.15.

5.2.2.11 В самоспасателях с комбинированной дозировкой постоянный поток должен быть не менее 1,2 дм<sup>3</sup>/мин вплоть до достижения 5 % максимального давления заполнения баллона.

Давление открытия механизма подачи с помощью легочного автомата должно быть не менее чем на 200 Па ниже атмосферного давления.

При открытии клапана легочного автомата поток кислорода должен быть не менее 80 дм<sup>3</sup>/мин при всех значениях давления в баллоне, превышающих 1 МПа.

Испытания проводят в соответствии с 7.14 и 7.15.

5.2.2.12 Конструкцией самоспасателя многоразового действия должна быть обеспечена возможность неоднократного его использования при условии дезинфекции составных частей самоспасателя, замены ПП и заправки кислородного баллона. Подготовку самоспасателей к повторному использованию можно проводить только в указанных изготовителем специализированных организациях, имеющих соответствующее разрешение.

5.2.2.13 В самоспасателях многоразового действия может быть применен ПП одноразового действия или переснаряжаемый. Требования к ПП должны быть отражены в рабочей конструкторской документации (РКД) на самоспасатели.

5.2.2.14 Лицевая часть, соединительные шланги, ДМ, клапанная (соединительная) коробка и сигнальное устройство переснаряжаемых самоспасателей должны быть устойчивыми к следующим дезинфицирующим растворам:

- этиловому спирту ректификованному;
- водным растворам: 6 % перекиси водорода, 1 % хлорамина, 8 % борной кислоты, 0,5 % марганцовистого калия, 0,5 % хлоргексидина, 1/5000 диоксида.

Испытания проводят в соответствии с 7.23.

5.2.2.15 В переснаряжаемых самоспасателях дыхательные клапаны должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было легко заменить клапанные мембранны или клапан в целом, при этом должна быть обеспечена невозможность установки клапана вдоха на ветвь выдоха и наоборот.

5.2.2.16 Средства измерения, применяемые в самоспасателях для определения расхода кислорода из баллонов, должны быть внесены в Госреестр СИ России.

### 5.2.3 Конструктивные требования к самоспасателям типа ТК

ТИК в самоспасателях должен подавать поток кислорода не менее 4 дм<sup>3</sup>/мин в течение номинального ВЗД. В состав самоспасателей должно входить устройство, предохраняющее от возникновения повышенного давления (например, предохранительный клапан).

Испытания проводят в соответствии с 7.14.

## 5.3 Требования надежности

Вероятность безотказной работы самоспасателя за ВЗД должна быть не менее 0,98 при доверительной вероятности 0,95.

Отказом считается один из случаев, когда до истечения требуемого ВЗД:

- объемная доля диоксида углерода на вдохе или в ДМ не соответствует 5.1.1.4;
- объемная доля кислорода во выдыхаемой ГДС или в ДМ не соответствует 5.1.1.3;
- сопротивление дыханию не соответствует 5.1.1.5 или 7.2.5;
- температура выдыхаемой ГДС не соответствует 5.1.1.6;
- испытатель не смог начать или продолжить работу в самоспасателе.

Проверку проводят в соответствии с 7.16.

## 5.4 Требования стойкости к внешним воздействиям

5.4.1 Самоспасатели должны быть рассчитаны на применение при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 100 %, приведенной к температуре 35 °С.

5.4.2 Самоспасатели должны сохранять работоспособность после воздействия транспортных нагрузок, приведенных в таблице 5.

Т а б л и ц а 5

Пиковое ударное ускорение, г	Длительность действия ударного ускорения, мс	Число ударов	Частота ударов, мин <sup>-1</sup>
15	5—20	400	40—80
10	5—20	2000	40—80

Испытания проводят в соответствии с 7.17.

5.4.3 Самоспасатели должны сохранять работоспособность после воздействия вибрационной нагрузки с частотой от 50 до 60 Гц и ускорением 5g в течение 1 ч.

Испытания проводят в соответствии с 7.18.

5.4.4 Самоспасатели должны сохранять работоспособность после падения с высоты  $(1.5 \pm 0.1)$  м на ровную бетонную поверхность.

Испытания проводят в соответствии с 7.19.

5.4.5 Самоспасатели типа ХК, предназначенные для подземных работ, должны быть стойкими к раздавливанию усилием 98 кН в вертикальном и наклонном положениях и усилием 392 кН — в горизонтальном положении.

Испытания проводят в соответствии с 7.20.

5.4.6 Самоспасатели должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при хранении и транспортировании, соответствующих условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

Показатель оценивают при испытании в соответствии с 7.21.

5.4.7 Самоспасатели должны выдерживать воздействие открытого пламени с температурой  $(800 \pm 50)$  °С в течение 5 с.

Испытания проводят в соответствии с 7.22.

## 6 Маркировка

6.1 Маркировка самоспасателей должна соответствовать следующим требованиям:

- самоспасатели, находящиеся в обращении и отвечающие требованиям настоящего стандарта, маркируют знаком обращения на рынке. Каждый самоспасатель, включая сменные компоненты самоспасателя, должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на самоспасатель и/или на его упаковку. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на самоспасатель, ее наносят на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к самоспасателю. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на сам самоспасатель допускается не наносить часть информации в маркировке при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку самоспасателя и на прикрепленную к самоспасателю трудноудаляемую этикетку;

- маркировка, наносимая непосредственно на самоспасатели или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к самоспасателям, должна содержать:

- 1) наименование изделия (при наличии — наименование модели, кода, артикула);
- 2) наименование изготовителя и/или его товарный знак (при наличии);
- 3) защитные свойства (номинальное ВЗД);
- 4) размер (при наличии);
- 5) наименование нормативного правового акта, документов в области стандартизации, и/или правил, и/или технических условий, требованиям которых соответствует самоспасатель;
- 6) знак обращения на рынке;
- 7) дату (месяц, год) изготовления;
- 8) правила утилизации с учетом необходимости ее проведения в указанных изготовителем специализированных организациях;
- 9) другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;
- 10) номер партии и номер самоспасателя;

- информацию следует наносить любым рельефным способом (тиснением, гравировкой, литьем, штамповкой) либо трудноудаляемой краской непосредственно на самоспасатели или на этикетку, прикрепленную к самоспасателям. Допускается нанесение информации в форме пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения самоспасателя. Информация должна быть легкочитаемой и стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании самоспасателя по назначению в течение всего срока службы и/или гарантийного срока хранения;

- маркировка должна быть изложена на русском языке. Допускается в дополнение к русскому языку использование других языков;

- маркировка, наносимая на упаковку самоспасателей, должна содержать:
  - 1) наименование самоспасателя;
  - 2) наименование страны-изготовителя;
  - 3) наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя;
  - 4) наименование нормативного правового акта, документов в области стандартизации и/или правил, и/или технических условий, требованиям которых соответствует самоспасатель;
  - 5) размер (при наличии);

- 6) месяц и год изготовления;
- 7) знак обращения на рынке, сведения о наличии сертификата соответствия;
- 8) ВЗД;
- 9) другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;
- 10) номер партии и номер самоспасателя.

6.2 Проверку требований подраздела проводят в соответствии с 7.6.

## 7 Методы контроля (испытаний)

### 7.1 Определение характеристик самоспасателя при испытаниях на установке ИЛ

7.1.1 При испытаниях на установке ИЛ определяют следующие характеристики самоспасателей:

- фактическое ВЗД при легочной вентиляции 10,35 и 70 дм<sup>3</sup>/мин и температурах минус 20 °С, (плюс 20 ± 5) °С и плюс 40 °С;

- объемную долю диоксида углерода во вдыхаемой ГДС;
- объемную долю кислорода во вдыхаемой ГДС;
- сопротивление дыханию;
- температуру вдыхаемой ГДС.

#### 7.1.2 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- установка ИЛ, обеспечивающая близкий к синусоидальному объемный расход ГДС от 10 до 70 дм<sup>3</sup>/мин, температуру ГДС в линии выдоха (37,0 ± 0,5) °С, относительную влажность ГДС в линии выдоха от 92 % до 100 %, частоту пульсаций от (10 ± 1) до (30 ± 1) мин<sup>-1</sup> при равной продолжительности вдоха и выдоха. Принципиальная схема и описание установки ИЛ приведены в приложении А. Обязательное условие — отсутствие емкости с поглотителем диоксида углерода в линии вдоха установки ИЛ;

- термокамера, обеспечивающая создание и поддержание температуры воздуха от минус 20 °С до плюс 40 °С с погрешностью ± 2 °С;
- секундомер с ценой деления 0,2 с;
- тягометр с пределом измерения до ± 3 кПа и классом точности не более 1,5.

#### 7.1.3 Последовательность подготовки проведения испытания:

- подготавливают к работе установку ИЛ в соответствии с руководством по ее эксплуатации;
- если испытания проводят при температуре, отличной от комнатной, создают необходимую температуру в термокамере в соответствии с руководством по ее эксплуатации;
- настраивают установку ИЛ в соответствии с текущими условиями испытаний и режимом испытаний (таблица 6):

Таблица 6 — Режимы испытаний на установке ИЛ

Легочная вентиляция (объемный расход ГДС), дм <sup>3</sup> /мин	Частота дыхания, мин <sup>-1</sup>	Дыхательный объем, дм <sup>3</sup>	Объемный расход диоксида углерода, дм <sup>3</sup> /мин	Начальное значение объемной доли диоксида углерода на выдохе, %
10	10	1,00	0,40	4,0
35	20	1,75	1,40	4,0
70	30	2,33	2,80	4,0

П р и м е ч а н и е — Объемные расходы и дыхательный объем даны при температуре 37 °С, относительной влажности 100 % и реальном атмосферном давлении.

1) приводят заданное в таблице 6 значение легочной вентиляции (объемного расхода ГДС) к температуре и давлению окружающего воздуха по формуле

$$Q_{\text{ГДС}} = Q_{\text{ГДС}}^{37} \frac{P - 63,273 + t}{P - P_e} \frac{310}{310}, \quad (1)$$

где  $Q_{\text{ГДС}}$  — объемный расход ГДС, приведенный к температуре и давлению окружающего воздуха, дм<sup>3</sup>/мин;

$Q_{\text{ГДС}}^{37}$  — легочная вентиляция, указанная в таблице 6, дм<sup>3</sup>/мин;

$P$  — атмосферное давление, кПа;

6,3 кПа — давление насыщенных паров воды при температуре 37 °С;

$t$  — температура окружающего воздуха, °С;

$P_s$  — давление насыщенных паров воды при температуре  $t$ , кПа;

2) приводят указанную в таблице 6 подачу (объемный расход) диоксида углерода к температуре и давлению окружающего воздуха по формуле

$$Q_{\text{CO}_2} = Q_{\text{CO}_2}^{37} \frac{273 + t}{310}, \quad (2)$$

где  $Q_{\text{CO}_2}$  — объемный расход диоксида углерода, приведенный к температуре и давлению окружающего воздуха, дм<sup>3</sup>/мин;

$Q_{\text{CO}_2}^{37}$  — объемный расход диоксида углерода, указанный в таблице 6, дм<sup>3</sup>/мин;

3) вычисляют дыхательный объем (глубину дыхания)  $q$ , дм<sup>3</sup>, по формуле

$$q = \frac{Q_{\text{ГДС}}}{n}, \quad (3)$$

где  $n$  — значение частоты дыхания (пульсаций), указанное в таблице 6, мин<sup>-1</sup>.

7.1.4 Имитацию потребления кислорода осуществляют отбором ГДС из установки ИЛ. Объемный расход кислорода в минуту с учетом его объемной доли в отбиаемой ГДС должен быть равен минутному объемному расходу диоксида углерода, подаваемого в установку ИЛ. Минутный объемный расход ГДС вычисляют по формуле

$$\bar{Q}_{\text{ГДС}} = \frac{\bar{Q}_{\text{CO}_2}}{C_{\text{CO}_2}} 100, \quad (4)$$

где  $\bar{Q}_{\text{ГДС}}$  и  $\bar{Q}_{\text{CO}_2}$  — соответственно средние значения минутных объемных расходов отбиаемой ГДС и подаваемого в установку ИЛ диоксида углерода, дм<sup>3</sup>/мин;

$C_{\text{CO}_2}$  — объемная доля кислорода в отбиаемой ГДС, %.

Для компенсации разности объемов отбиаемой ГДС и подаваемого диоксида углерода в установку подают азот (при наличии) согласно приложению А.

7.1.5 Самоспасатели в процессе испытаний должны находиться в термокамере при температурах минус 20 °С, (плюс 20 ± 5) °С и плюс 40 °С, а установка ИЛ — вне камеры при комнатной температуре.

Перед проведением испытаний самоспасатели выдерживают в климатической камере при температуре испытания в течение 0,5 ч.

7.1.6 Проведение испытаний:

- приводят установку ИЛ в рабочее состояние;
- располагают самоспасатель в положении, максимально приближенном к условиям эксплуатации, и присоединяют его к установке ИЛ с помощью различных переходников в зависимости от типа лицевой части (для надежной герметизации лицевой части на макете головы Шеффилда по полосе обтирания допускается использование герметиков и приспособлений);
- открывают вентиль баллона самоспасателя типа СК или приводят в действие пусковое устройство самоспасателя типа ХК или ТК;
- поддерживают в процессе испытаний рассчитанные значения:
  - 1) объемного расхода ГДС;
  - 2) объемного расхода диоксида углерода;
  - 3) объемного расхода удаляемой ГДС;
  - 4) необходимые значения температуры термометров психрометра, соответствующие требуемой относительной влажности выдыхаемой ГДС;

- контролируют периодически следующие параметры:

- 1) давление кислорода в баллоне (при наличии);
- 2) сопротивление дыханию на вдохе и выдохе;
- 3) объемную долю диоксида углерода во выдыхаемой ГДС;
- 4) объемную долю кислорода во выдыхаемой ГДС;
- 5) температуру выдыхаемой ГДС.

Перечень контролируемых параметров может быть изменен в соответствии с документацией или программой испытаний.

Периодичность контроля должна составлять не более 5 мин. В начальный и конечный периоды при быстром изменении параметров испытания интервалы между измерениями могут быть сокращены до 1 мин. Допускается регистрация параметров испытаний в соответствии с документацией на испытуемый самоспасатель и программой испытаний.

## 7.1.7 Заканчивают испытания:

- при превышении сопротивления дыханию на вдохе и выдохе значений, указанных в 5.1.1.5 или
- при превышении объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС значений, указанных в 5.1.14, или
- при превышении температуры вдыхаемой ГДС значений, указанных в 5.1.1.6, или
- при уменьшении давления кислорода в баллоне самоспасателя (при наличии) до 1,0 МПа.

Результаты записывают в протокол, оформленный по принятой форме.

7.1.8 Отсоединяют испытуемый самоспасатель, закрывают вентиль баллона с диоксидом углерода и вентиль баллона с азотом (при наличии), выключают нагрев увлажнителя, насос, измерительные приборы, термокамеру, перекрывают подачу охлаждающей воды на холодильник.

## 7.1.9 Обработка результатов испытаний:

- измеренное по секундомеру значение интервала времени от начала до окончания испытания является фактическим ВЗД самоспасателя;
- относительная погрешность определения ВЗД не превышает  $\pm 8\%$  при доверительной вероятности 0,95.

Результатом испытания являются также полученные в ходе испытания:

- максимальное сопротивление дыханию на вдохе и выдохе;
- максимальная и средняя объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС;
- максимальная температура вдыхаемой ГДС;
- объемная доля кислорода во вдыхаемой ГДС.

Среднюю объемную долю диоксида углерода во вдыхаемой ГДС,  $C_{cp}$ , %, вычисляют по формуле

$$C_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{C_i + C_{i+1}}{2} \right) t_i}{\sum_{i=1}^n t_i}, \quad (5)$$

где  $C_i$  и  $C_{i+1}$  — соответственно начальное и конечное значения объемных долей диоксида углерода во вдыхаемой ГДС в расчетном временном интервале, %;

$n$  — число измерений;

$t_i$  — продолжительность одного временного интервала, мин.

Результат испытаний на установке ИЛ самоспасателей считают положительным, если во всех определениях (при различных значениях легочной вентиляции и температуры окружающего воздуха) за минимально допустимое фактическое ВЗД в соответствии с 5.1.1.2 выполняются следующие требования:

- сопротивление дыханию на вдохе и выдохе не превышает значений, указанных в 5.1.1.5;
- максимальная и средняя объемные доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС не превышают значений, указанных в 5.1.1.4;
- температура вдыхаемой ГДС не превышает значений, указанных в 5.1.1.6.

## 7.2 Испытания с участием испытателей

7.2.1 Испытания с участием испытателей проводят в соответствии с ГОСТ Р 12.4.269 или утвержденной программой и методикой испытаний.

Испытания самоспасателя с участием испытателей дополняют основную оценку самоспасателя, полученную при испытаниях на приборах и установке ИЛ.

Испытания проводят с целью определения комфортности дыхания в самоспасателях, физиологических реакций испытателей на работу в самоспасателях, особенностей работы (составных частей и систем) самоспасателя, оценки удобства пользования самоспасателями при различных физических нагрузках.

## 7.2.2 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- движущаяся дорожка со скоростью движения ленты, изменяющейся от 30 до 100 м/мин с погрешностью не более 10 %, и обеспечивающая наклон 20 %;
- климатическая камера вместимостью не менее 4 м<sup>3</sup>, обеспечивающая создание и поддержание температуры воздуха от минус 20 °С до плюс 40 °С с погрешностью не более  $\pm 2$  °С, визуальное наблюдение за испытателями и снажженная переговорным устройством;
- ступень площадью (9,0  $\pm$  1,5) дм<sup>2</sup> и высотой (2,0  $\pm$  0,1) дм;
- комплект мешков с песком в количестве 20 шт. [масса одного мешка (12,0  $\pm$  0,1) кг];
- помост площадью (2,0  $\pm$  0,1) м<sup>2</sup> и высотой (1,5  $\pm$  0,1) м;
- тягометр с пределами измерения до  $\pm 3$  кПа и классом точности не ниже 1,5;

- газоанализатор объемной доли диоксида углерода с пределами измерения от 0 % до 5 % и погрешностью  $\pm 0,1\%$ ;
- газоанализатор объемной доли диоксида углерода с пределами измерения от 0 % до 10 % и погрешностью  $\pm 0,2\%$ ;
- газоанализатор объемной доли кислорода с пределами измерения от 0 % до 100 % и погрешностью  $\pm 2,5\%$ ;
- термоэлектрический преобразователь кабельный градуировки ХК с диаметром электродов не более 3 мм и классом допуска не более 2;
- вторичный прибор для измерения температуры с пределом основной допустимой погрешности при измерении температурой не более 0,6 %;
- секундомер с ценой деления 0,2 с;
- метроном или любое устройство, обеспечивающее подачу от 20 до 140 звуковых сигналов в минуту через равные промежутки времени;
- термометр для измерения температуры тела с погрешностью не более 0,1 °С;
- тонометр медицинский манометрический с погрешностью не более 2 мм рт. ст.;
- медицинские весы.

П р и м е ч а н и е — Допускается использовать приборы и оборудование, не указанные в настоящем стандарте, обеспечивающие проведение измерений с погрешностью, указанной в нормативной документации на методы испытаний, и проведение испытаний согласно программе и методике.

#### 7.2.3 Порядок подготовки к проведению испытаний:

- к испытаниям допускают испытателей, имеющих регулярный практический опыт в использовании самоспасателей и допущенных к испытаниям врачом, а также изучивших руководство по эксплуатации самоспасателя. Испытатели не должны в течение 24 ч перед испытанием выполнять тяжелую физическую работу и принимать алкоголь. Испытатели должны получить полную информацию о характере и объеме испытаний;
- перед испытаниями испытателей подвергают медицинскому осмотру, измеряют температуру тела, частоту пульса, частоту дыхания, артериальное давление, массу;
- разрешение на использование самоспасателей в испытаниях дает лицо, назначенное ответственным за испытания;
- лицевую часть самоспасателя оборудуют штуцерами для подключения тягонапоромера и термопары (в случае измерения температуры вдыхаемой ГДС). ДМ — двумя штуцерами для отбора и возврата анализируемой ГДС. Место монтажа штуцеров должно быть в соответствии с конструкторской документацией на самоспасатель;
- для испытаний при положительных температурах испытатель должен быть одет в хлопчатобумажную рабочую одежду, а при отрицательной температуре — в соответствии с температурой испытания;
- перед испытаниями при температуре окружающей среды минус 20 °С самоспасатели предварительно выдерживают при этой температуре в течение 30 мин.

#### 7.2.4 Последовательность проведения испытаний:

- испытания проводят путем выполнения испытателями дозированной физической работы, имитирующей реальную нагрузку при эвакуации;

- дозированную физическую нагрузку осуществляют путем выполнения комплекса упражнений на оборудовании по 7.2.2 в лабораторных условиях при температуре окружающей среды  $(20 \pm 5)$  °С.

Упражнение по эвакуации для самоспасателей 1-го класса состоит из следующих последовательных видов деятельности:

- № 16 в соответствии с ГОСТ Р 12.4.269;
- ходьба по беговой дорожке, имеющей наклон 20 %, со скоростью 2,4 км/ч вплоть до окончания испытания.

Допускается вместо ходьбы по беговой дорожке, имеющей наклон 20 %, со скоростью 2,4 км/ч, выполнение упражнения в виде ходьбы по беговой дорожке со скоростью 5,6 км/ч до окончания испытания.

Упражнение по эвакуации для самоспасателей 2, 3 и 4 классов состоит из выполняемых испытателями циклов действий № 16 и 18 в соответствии с ГОСТ Р 12.4.269. Число циклов действий испытателей равно классу самоспасателя. По окончании циклов действий проводят ходьбу на беговой дорожке (ходьба на уровне земли со скоростью 5,0 км/ч).

Допускается выполнение упражнения в виде ходьбы по беговой дорожке со скоростью 5,6 км/ч от начала до окончания испытания.

Упражнение по эвакуации для самоспасателей 2, 3 и 4 классов при отрицательных температурах состоит из выполняемых испытателями действий № 17 в соответствии с ГОСТ Р 12.4.269.

Во время испытаний непрерывно измеряют и регистрируют содержание кислорода и диоксида углерода во вдыхаемом газе или в ДМ, сопротивление дыханию, а также температуру вдыхаемой ГДС (при необходимости).

Допускается выполнение других упражнений, если это установлено в программе и методике испытаний.

Испытание в состоянии покоя проводят в соответствии с ГОСТ Р 12.4.269, вид деятельности № 1.

7.2.5 Испытания прекращают в одном из следующих случаев по достижению:

- времени, заданного в программе испытаний;
- сопротивления дыханию на вдохе 3000 Па;
- объемной доли диоксида углерода в ДМ 3 % при выполнении физических нагрузок;
- объемной доли диоксида углерода в ДМ 1,5 % в состоянии покоя;
- объемной доли кислорода в ДМ менее 19 %;
- при невозможности испытателем закончить испытание.

7.2.6 По окончании каждого испытания испытатель должен сообщить о самочувствии, степени усталости и дать объективную оценку испытуемому самоспасателю по следующим показателям:

- легкость надевания и снятия;
- возможность регулирования, безопасность и комфорт системы крепления (при наличии);
- комфорт лицевой части;
- совместимость с кожей;
- комфорт ношения и равновесие самоспасателя;
- ясность видения через очковый узел лицевой части, включая запотевание;
- видимость при температуре  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  указательных знаков безопасности размером 100 × 130 мм по ГОСТ 12.4.026, расположенных на расстоянии  $(6.0 \pm 0,1)$  м от испытателей;
- возможность передачи речи;
- маневренность (перекручивание соединительного шланга);
- свобода движения головы по отношению к гофрированной трубке;
- комфортность дыхания (температура, сопротивление дыханию);
- эффективность слюносборника (при наличии);
- попадание химических веществ в дыхательные пути;
- переносимость температуры поверхности самоспасателя, обращенной к пользователю;
- любые другие комментарии относительно конструкции самоспасателя или материалов, используемых в конструкции;
- любые другие комментарии, сообщенные пользователем.

У испытателя после окончания опыта необходимо измерить температуру тела (подмышечную или под языком), частоту пульса, частоту дыхания, артериальное давление.

Результаты заносят в протокол, оформленный по форме, принятой испытательной лабораторией.

7.2.7 Результат проверки работоспособности самоспасателя считают положительным, если во всех определениях (при различных температурах окружающего воздуха) значение сопротивления дыханию не превышает значения, указанного в 7.2.5, объемная доля диоксида углерода не более указанной в 7.2.5, объемная доля кислорода не менее указанной в 5.1.1.3, температура вдыхаемой ГДС не более указанной в 5.1.1.6.

### 7.3 Определение продолжительности и удобства включения в самоспасатель

7.3.1 Продолжительность включения в самоспасатели определяют с помощью секундометра с ценой деления 0,2 с. Перед испытаниями испытателя знакомят с руководством по эксплуатации на самоспасатель. Испытатели должны включиться в самоспасатели без посторонней помощи в соответствии с руководством по эксплуатации.

7.3.2 По окончании испытания испытатели должны оценить удобство вскрытия и включения в самоспасатели, как удовлетворительное или неудовлетворительное.

7.3.3 Результат считают положительным, если выполняется требование 5.2.1.9.

### 7.4 Проверка герметичности самоспасателей

7.4.1 Проверку герметичности самоспасателей можно проводить двумя методами:

- при внешнем избыточном давлении  $(4900 \pm 200)$  Па;
- погружением в горячую воду.

**7.4.2 Проверка герметичности самоспасателей при внешнем избыточном давлении (4900 ± 200) Па**

**7.4.2.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:**

- герметично закрывающаяся камера, снабженная манометром с пределом измерения не менее 5500 Па и абсолютной погрешностью не более 20 Па;
- секундомер любого типа с ценой деления 0,2 с или таймер, входящий в состав средства;
- набор вкладышей.

**7.4.2.2 Порядок подготовки к проведению испытаний**

Подбирают и устанавливают в камеру вкладыши таким образом, чтобы после помещения в нее самоспасателя свободный объем камеры не превышал объем самоспасателя более чем на 35 %.

**7.4.2.3 Проведение испытаний**

Испытания проводят при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 35 °С.

Самоспасатель помещают в камеру, создают в ней давление (4900 ± 200) Па, включают секундомер и наблюдают за скоростью изменения давления.

Результат считают положительным, если скорость изменения давления соответствует нормативам, установленным в КД на самоспасатель конкретного вида, но не превышает 49 Па за 15 с.

Для самоспасателей, находящихся в эксплуатации, допускается скорость изменения давления 392 Па за 15 с.

**7.4.3 Проверка герметичности самоспасателей погружением в горячую воду**

**7.4.3.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:**

- ванна необходимого объема с водой, нагретой до 50 °С.

**7.4.3.2 Проведение испытания**

Самоспасатель в футляре полностью погружают в воду на 5 мин. При этом не должно наблюдаться никакого выделения пузырьков.

7.4.3.3 Результат проверки считают положительным, если при проверке погружением самоспасателя в горячую воду не происходит выделения пузырьков.

7.4.4 Допускается определять герметичность самоспасателей в ходе эксплуатации при помощи индикатора герметичности, если это отражено в эксплуатационной документации на самоспасатель.

**7.5 Определение герметичности рабочей части самоспасателей**

**7.5.1 Средства испытаний:**

- установка, позволяющая герметично подключать рабочую часть самоспасателей, создавать и измерять в ней избыточное давление в заданных пределах с погрешностью не более ± 20 Па;
- секундомер любого типа с ценой деления 0,2 с или таймер, входящий в состав установки.

**7.5.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:**

- присоединяют к установке рабочую часть самоспасателя;

- для проверки герметичности рабочей части самоспасателей герметизируют КИД, создают в рабочей части избыточное давление от 1100 до 1200 Па, делают выдержку 1 мин, устанавливают избыточное давление 1000 Па, включают секундомер и через 1 мин регистрируют изменение давления в рабочей части.

7.5.3 Результаты испытаний считают положительными, если изменение давления не превышает требований 5.1.1.8.

**7.6 Проверка внешнего вида, маркировки**

7.6.1 Проверку внешнего вида, отдельных конструктивных требований (см. 5.2), маркировки (см. раздел 6) самоспасателей проводят визуально.

**7.7 Определение удельного поверхностного сопротивления неметаллических частей самоспасателей**

Поверхностное сопротивление неметаллических частей самоспасателя определяют по ГОСТ 6433.2, оно должно соответствовать требованиям 5.2.1.19.

**7.8 Определение массы самоспасателей**

**7.8.1 Средства испытаний:**

- весы с верхним пределом измерения до 10 кг и с ценой деления 5 г.

**7.8.2 Проведение испытания:** взвешивают самоспасатель с погрешностью ± 0,01 кг.

Результат испытания считают положительным, если выполняются требования 5.2.1.3.

## 7.9 Проверка усилия вскрытия футляра самоспасателей, прочности соединения элементов рабочей части самоспасателей и прочности соединения нити КИД с соединительной частью ДМ

### 7.9.1 Средства испытаний:

- динамометр, позволяющий измерить усилие до 200 Н;
- любой шнур, выдерживающий усилие не менее 250 Н;
- грузы массой 8,2; 10 и 20 кг.

7.9.2 Усилие вскрытия самоспасателей определяют воздействием груза массой 8,2 кг, а у самоспасателей, предназначенных для подземных работ, — груза массой 20 кг.

Груз, лежащий на какой-либо площадке, прикрепляют шнуром к устройству для вскрытия самоспасателя. Самоспасатели держат за корпус и медленно, без рывков, поднимают вверх до отрыва груза от площадки. Проводят не менее двух испытаний. Результат считают положительным, если под действием груза произошло вскрытие самоспасателей.

### 7.9.3 Прочность соединения элементов рабочей части самоспасателей

После вскрытия самоспасателей элементы рабочей части, подлежащие проверке, прикрепляют шнуром к грузу массой 10 кг, лежащему на площадке, и медленно, без рывков, поднимают вверх до отрыва груза от пола.

7.9.4 Последовательность проведения испытаний при проверке прочности соединения нити КИД с соединительной частью ДМ:

- подвешивают динамометр в вертикальном положении за крючок верхней проушины так, чтобы шкала динамометра была хорошо видна;
- извлекают КИД из фланца ДМ, не отсоединяя нити;
- надевают петлю из шнура, сложенного вдвое, на нить в месте ее крепления к КИД, затягивают петлю и зацепляют ее за нижний крючок динамометра;
- медленно тянут ДМ вертикально вниз до достижения усилия по динамометру 49 Н и выдерживают 10 с.

7.9.5 Результат проверки усилия вскрытия самоспасателей, прочности соединения элементов рабочей части самоспасателей и прочности соединения нити КИД с соединительной частью ДМ считают положительным, если он соответствует 5.2.1.20—5.2.1.22.

## 7.10 Определение сопротивления КИД

### 7.10.1 Средства испытаний:

- установка, позволяющая герметично подключать ДМ и создавать через КИД постоянный поток воздуха с объемным расходом в заданных пределах.

### 7.10.2 Последовательность подготовки и проведения испытания:

- присоединяют ДМ к установке с помощью присоединительного устройства (в случае если КИД расположен не в дыхательном мешке, к установке подключают самоспасатель);
- в рабочей части самоспасателя со стороны лицевой части создают постоянный поток воздуха, содержащего пары воды не более 2 мг/м<sup>3</sup>, объемным расходом в соответствии с требованиями 5.2.1.23 и измеряют разность давления на входе и выходе из установки.

7.10.3 Результат считают положительным, если при заданном объемном расходе воздуха сопротивление КИД соответствует требованиям 5.2.1.23.

## 7.11 Определение объема ДМ

### 7.11.1 Средства испытаний:


- установка, позволяющая герметично подключать ДМ, собранная по схеме, изображенной на рисунке 1.

### 7.11.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:

- подключают рабочую часть самоспасателя к установке;
- включают устройство подачи воздуха, содержащего пары воды не более 2 мг/м<sup>3</sup>, при этом регулирующий вентиль 10 на линии газового счетчика должен быть закрыт. ДМ наполняют до срабатывания КИД или до давления 392 Па при отсутствии КИД;

- закрывают вентиль 3, открывают вентиль 10, включают источник разрежения и осуществляют отсасывание до вакуумметрического давления 196 Па или давления открытия легочного автомата.

7.11.3 Объем воздуха, прошедший через газовый счетчик, принимается за объем ДМ. Считают результат положительным, если объем ДМ соответствует требованиям 5.2.1.24.



1, 3, 10 — регулирующие вентили; 2 — устройство подачи воздуха; 4 — переходник; 5 — мановакуумметр с пределом измерения до 2500 Па и абсолютной погрешностью не более  $\pm 20$  Па; 6 — самоспасатель (ДМ); 7 — КИД; 8 — источник разрежения; 9 — газовый счетчик с пределами измерения от 0,3 до 10,0  $\text{dm}^3/\text{мин}$  и относительной погрешностью не более  $\pm 1$  %

Рисунок 1 — Схема установки для определения объема ДМ

## 7.12 Определение усилия срабатывания органов ручного управления

### 7.12.1 Средства испытаний:

- оборудование, например динамометр, позволяющее определить усилие, которое необходимо приложить к органам ручного управления самоспасателя (кнопки, рычаги, маховики и др.) для включения (выключения) соответствующих устройств с погрешностью  $\pm 5$  %.

### 7.12.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:


- прикладывают усилие для вентилей в точке, лежащей на маховике вентиля и максимально удаленной от оси маховика вентиля. При испытании рычагов, кнопок усилие прикладывают в направлении действия органа управления.

7.12.3 Результат испытания считают положительным, если значение усилия, необходимого для включения (выключения) органов ручного управления самоспасателя, соответствует требованиям 5.2.1.25.

## 7.13 Определение герметичности дыхательных клапанов

### 7.13.1 Средства испытаний:

- установка, схема которой изображена на рисунке 2, с присоединительным устройством 5, позволяющим герметично подключить клапанную коробку 6 или отдельный клапан.



1, 3 — регулирующие вентили; 2 — устройство подачи воздуха; 4 — расходомер с верхним пределом измерения  $0,063 \text{ m}^3/\text{ч}$  и приведенной погрешностью не более  $\pm 2,5$  %; 5 — присоединительное устройство; 6 — клапанная коробка; 7 — мановакуумметр с пределом измерения до 2500 Па и абсолютной погрешностью не более  $\pm 20$  Па; 8 — пробка

Рисунок 2 — Схема установки для определения герметичности дыхательных клапанов

### 7.13.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:

- для проверки клапана вдоха подключают присоединительное устройство 5 к центральному отверстию клапанной коробки 6, заглушают штуцер клапана выдоха резиновой пробкой 8;
- открывают вентиль 1 и включают устройство подачи воздуха 2, содержащего пары воды не более 2 мг/м<sup>3</sup>, на небольшой расход. С помощью вентиля 3 регулируют поток воздуха таким образом, чтобы давление над клапаном было равно 490 Па. При наличии утечки через клапан определяют ее значение по расходомеру 4, которое должно соответствовать требованиям 5.2.1.26.

### 7.14 Определение значения величины постоянной подачи кислорода

#### 7.14.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- расходомер с верхним пределом измерения 5 дм<sup>3</sup>/мин и приведенной погрешностью не более ± 2,5 %.

#### 7.14.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:

- в самоспасателе выключают из работы КИД, кштуцер для подсоединения лицевой части присоединяют расходомер, открывают вентиль баллона или запускают ТИК и после наполнения ДМ определяют постоянную подачу кислорода.

7.14.3 Результат испытания считают положительным, если выполняются требования 5.2.2.9 или 5.2.2.11 или 5.2.3.

### 7.15 Определение давления срабатывания легочного автомата

#### 7.15.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- источник разрежения, обеспечивающий скорость отсоса до 100 дм<sup>3</sup>/мин с погрешностью не более 5 %;

- расходомер с верхним пределом измерения 105 дм<sup>3</sup>/мин и основной погрешностью не более ± 2,5 %;

- мановакуумметр с диапазоном измерений ± 1000 Па с погрешностью не более 20 Па;

- муляж головы человека.

#### 7.15.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:

- на муляж головы человека надевают лицевую часть самоспасателя, для надежной герметизации допускается использование герметиков и приспособлений. К муляжу присоединяют мановакуумметр, а также последовательно расходомер и источник разрежения;

- при рабочем давлении кислорода в баллоне открывают вентиль баллона и с помощью источника разрежения создают в системе самоспасателя объемный расход кислорода 10 дм<sup>3</sup>/мин (контролируют по расходомеру). По мановакуумметру определяют вакууметрическое давление, при котором начинает работать легочный автомат;

- затем полностью открывают клапан легочного автомата и по расходомеру определяют объемный расход кислорода;

- повторяют испытания при давлении в баллоне, равном 3 МПа.

7.15.3 Результаты испытаний считают положительными, если выполняются требования 5.2.2.10 или 5.2.2.11.

### 7.16 Испытания на надежность

7.16.1 Вероятность безотказной работы самоспасателя за ВЗД подтверждается всеми видами испытаний (предварительными, приемочными, квалификационными, приемо-сдаточными, периодическими, типовыми, и т. д.).

Вероятность безотказной работы,  $P(t)$ , вычисляют по формулам:

- а) при отсутствии отказов

$$P(t) = 1 - \frac{r_0}{n}, \quad (6)$$

где  $r_0 = 3$  (при доверительной вероятности 0,95),

$n$  — количество испытанных образцов ( $n \geq 149$ );

- б) при наличии отказов

$$P(t) = 1 - \frac{m}{r_2 n}, \quad (7)$$

где  $m$  — количество отказов;

$r_2$  — коэффициент, определяемый в зависимости от количества отказов (приложение Б).

7.16.2 Результаты испытаний считают положительными, если выполняется требование 5.3.

Для подтверждения заданной вероятности безотказной работы число испытаний должно быть не менее 149. При меньшем количестве проведенных испытаний невыполнение требования 5.3 не считается отрицательным результатом.

**7.17 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после воздействия транспортных нагрузок**

**7.17.1 Средства испытаний:**

- ударный стенд, обеспечивающий имитацию транспортирования самоспасателей в упаковке изготавителя в условиях 5.1.6.2.

**7.17.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:**

- помещают самоспасатели в упаковку в соответствии с КД;  
- упаковку с самоспасателями закрепляют на стенде в положении, определяемом надписью или манипуляционным знаком на упаковке «Верх». Испытания проводят в условиях 5.4.2.

7.17.3 Результат испытания считают положительным, если после его окончания отсутствуют механические повреждения самоспасателей, в том числе по 5.2.1.8 и выполняются требования:

- по герметичности в соответствии с 5.1.1.7;
- по герметичности рабочей части в соответствии с 5.1.1.8;
- по подаче кислорода и давлению открытия клапана легочного автомата в соответствии с 5.2.2.9—5.2.2.11, 5.2.3;
- по показателям, полученным при испытании на номинальном режиме (объемная доля диоксида углерода, температура вдыхаемой ГДС, сопротивление дыханию), в соответствии с 5.1.1.4—5.1.6.

**7.18 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после воздействия вибрационной нагрузки**

**7.18.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:**

- стенд, обеспечивающий создание нагрузки в диапазоне час tot от 50 до 60 Гц с погрешностью  $\pm 8\%$  и ускорением 5 г с погрешностью  $\pm 10\%$ ;

- контейнер для закрепления самоспасателя на стенде.

**7.18.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:**

- самоспасатель в собранном виде вертикально закрепляют на стенде;  
- испытания проводят в течение 60 мин с частотой от 50 до 60 Гц и ускорением 5 г.

7.18.3 Результат испытания считают положительным, если после его окончания отсутствуют механические повреждения самоспасателей, в том числе по 5.1.2.8 и выполняются требования:

- по герметичности в соответствии с 5.1.1.7;
- по герметичности рабочей части в соответствии с 5.1.1.8;
- по подаче кислорода и давлению открытия клапана легочного автомата в соответствии с 5.1.3.9—5.1.3.11, 5.1.4;
- по показателям, полученным при испытании на номинальном режиме (объемная доля диоксида углерода, температура вдыхаемой ГДС, сопротивление дыханию), в соответствии с 5.1.1.4—5.1.6.

**7.19 Определение сохранения работоспособности самоспасателей после падения**

7.19.1 Самоспасатель подвергают троекратному падению с высоты  $(1,5 \pm 0,1)$  м на бетонный пол в различных положениях:

- горизонтально на боковую поверхность — один раз;
- вертикально на дно — один раз;
- вертикально на крышку — один раз.

7.19.2 Результат испытания считают положительным, если после его окончания отсутствуют механические повреждения самоспасателей, в том числе по 5.1.2.8 и выполняются требования:

- по герметичности в соответствии с 5.1.1.7;
- по герметичности рабочей части в соответствии с 5.1.1.8;
- по подаче кислорода и давлению открытия клапана легочного автомата в соответствии с 5.1.3.9—5.1.3.11, 5.1.4;
- по показателям, полученным при испытании на номинальном режиме (объемная доля диоксида углерода, температура вдыхаемой ГДС, сопротивление дыханию), в соответствии с 5.1.1.4—5.1.6.

**7.20 Испытания самоспасателей типа ХК для подземных работ на раздавливание**

7.20.1 Испытания проводят медленным раздавливанием самоспасателей на гидравлическом прессе в трех положениях:

- в вертикальном и наклонном (по диагонали самоспасателя) — с усилием 98 кН;
- в горизонтальном — с усилием 392 кН.

7.20.2 После раздавливания не должно наблюдаться высыпания регенеративного продукта из самоспасателей.

### 7.21 Климатические испытания

#### 7.21.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- климатическая камера вместимостью не менее 0,4 м<sup>3</sup>, обеспечивающая поддержание температуры в диапазоне от минус 50 °С до плюс 60 °С с погрешностью не более  $\pm 2$  °С;

- камера тепла и влаги вместимостью не менее 0,4 м<sup>3</sup>, обеспечивающая поддержание температуры в диапазоне от 20 °С до 50 °С с погрешностью не более  $\pm 2$  °С и влажности от 45 % до 95 % с погрешностью не более  $\pm 5$  %.

7.21.2 Самоспасатели в упаковке помещают в климатическую камеру и устанавливают режимы температуры и влажности в следующей последовательности:

- понижают температуру в камере до минус (40  $\pm 2$ ) °С и выдерживают самоспасатели при этой температуре в течение 20 ч. Относительную влажность не нормируют;

- повышают температуру в камере до (50  $\pm 2$ ) °С и выдерживают самоспасатели при этой температуре в течение 36 ч, после чего понижают температуру до (20  $\pm 2$ ) °С и выдерживают самоспасатели 4 ч. Относительную влажность не нормируют;

- понижают температуру в камере до минус (15  $\pm 2$ ) °С и выдерживают самоспасатели при этой температуре не менее 2 ч, затем повышают температуру до (15  $\pm 2$ ) °С и одновременно доводят относительную влажность воздуха до (95  $\pm 3$ ) %. Выдерживают самоспасатели еще 2 ч. Цикл повторяют пять раз;

- повышают температуру в камере до (40  $\pm 2$ ) °С и выдерживают самоспасатели 4 ч при ненормируемой влажности, после чего повышают относительную влажность воздуха до (95  $\pm 3$ ) % и выдерживают самоспасатели при заданных значениях температуры и влажности еще 120 ч.

По истечении указанного времени отключают обогрев и выдерживают самоспасатели в камере еще 10 ч.

Скорость изменения температуры и влажности не нормируют.

7.21.3 Самоспасатели считают выдержавшими климатические испытания, если при визуальном осмотре защитные покрытия, резиновые детали и ремни находятся в удовлетворительном состоянии, не обнаружено коррозии металлических поверхностей, самоспасатели выдержали испытания по номинальному ВЗД и соответствуют требованиям 5.1.1.2 и 5.1.1.4—5.1.1.8.

7.21.4 Последовательность режимов, приведенных в 7.21.2, имитирует один год естественного хранения в неотапливаемом хранилище. При имитации отапливаемого хранилища режимы с отрицательными температурами следует исключить.

Разрешается проводить климатические испытания на самоспасателях, прошедших опытное хранение в различных климатических зонах.

### 7.22 Проверка стойкости самоспасателя к кратковременному воздействию пламени

#### 7.22.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

а) установка, схема которой изображена на рисунке 3, состоящая из:

- 1) штатива 8 с приводом 11, позволяющим регулировать скорость вращения до 100 мм/с;
- 2) баллона с пропаном 1, снабженного регулятором давления 3 и манометром 4;
- 3) пропановой горелки с регулятором высоты пламени;
- 4) термоэлектрического преобразователя любой конструкции;
- 5) вторичного прибора для измерения температуры с верхним пределом измерения до 900 °С и классом точности 0,5;
- 6) экрана 9 для равномерного горения пламени;

б) секундомер с ценой деления 0,2 с.


#### 7.22.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:

- закрепляют воздуховодную систему самоспасателей на штативе (см. рисунок 3) таким образом, чтобы испытуемая часть находилась на расстоянии 20 мм от верхнего края горелки. Температура пламени на высоте 20 мм от верхнего края горелки в зоне испытания должна составлять (800  $\pm 50$ ) °С, общая высота пламени — (40  $\pm 5$ ) мм;

- устанавливают скорость вращения от 55 до 65 мм/с;
- пропускают каждую часть воздуховодной системы самоспасателя через пламя горелки только один раз.

7.22.3 После удаления из пламени горелки части самоспасателя должны прекращать гореть в течение 5 с.

7.22.4 Результат испытаний считают положительным, если самоспасатель соответствует требованиям 5.1.1.7 (при наличии жесткого футляра), 5.1.1.8.



1 — баллон с пропаном; 2,6 — клапаны; 3 — регулятор давления; 4 — манометр; 5 — пламегаситель; 7 — пламя, 8 — штатив; 9 — экран, 10 — горелка, 11 — привод с регулятором скорости

Рисунок 3 — Схема установки для испытаний на воздействие открытого пламени

### 7.23 Определение устойчивости многоразовых самоспасателей к дезинфицирующим растворам

#### 7.23.1 Материалы:

- марлевые салфетки размером  $100 \times 100$  мм;
- водный раствор ( $6 \pm 1$ ) % перекиси водорода;
- водный раствор ( $1,0 \pm 0,2$ ) % хлорамина;
- водный раствор ( $8 \pm 1$ ) % борной кислоты;
- водный раствор ( $0,5 \pm 0,1$ ) % марганцовокислого калия;
- водный раствор (1/5000) диоцида;
- водный раствор ( $0,5 \pm 0,1$ ) % хлоргексидина;
- этиловый ректифицированный спирт.

#### 7.23.2 Последовательность подготовки и проведения испытаний:

- проверку проводят поочередно и отдельно каждым дезинфицирующим раствором:
- мочат в выбранном растворе (спирте) марлевую салфетку, отжимают ее и пятикратно обтирают поверхности: лицевой части, дыхательных трубок, ДМ, клапанной (соединительной) коробки и сигнального устройства самоспасателя с интервалом между протирками 15 мин. Перед каждой протиркой марлевую салфетку следует смачивать заново. Объем каждого раствора должен быть не менее  $50 \text{ см}^3$ .

7.23.3 Результат испытания считают положительным, если после протирок всеми перечисленными водными растворами, а также спиртом отсутствуют визуально наблюдаемые изменения поверхности обработанных составных частей самоспасателя.


7.23.4 Процедуру очистки и дезинфекции осуществляют 30 раз.

### 7.24 Определение наличия пыли регенеративного продукта в воздуховодной системе самоспасателя типа ХК

#### 7.24.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

- установка (рисунок 4), состоящая из расходомера с верхним пределом измерения объемного расхода воздуха  $4,0 \text{ м}^3/\text{ч}$  и погрешностью не более 2,5 %, регулирующего вентиля, соединительных трубок с внутренним диаметром от 6,3 до 16 мм;

- гигроскопическая медицинская вата по ГОСТ 5556;
- 1 %-ный спиртовой раствор фенолфталеина по ГОСТ 25794.1;
- присоединительное устройство.



1 — регулирующий вентиль; 2 — расходомер; 3 — присоединительное устройство; 4 — регенеративный патрон РП; 5 — ватный тампон

Рисунок 4 — Схема установки для определения наличия пыли регенеративного продукта

#### 7.24.2 Последовательность подготовки к проведению испытания

7.24.2.1 Демонтируют РП из самоспасателя.

7.24.2.2 Ватный тампон диаметром не менее диаметра патрубка РП смачивают в растворе фенол-фталеина.

#### 7.24.3 Проведение испытания

Испытания проводят при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 35 °С.

Создают постоянный поток воздуха, содержащего пары воды не более 2 мг/м<sup>3</sup> с объемным расходом (60,0 ± 1,8) дм<sup>3</sup>/мин через РП в направлении патрубка вдоха в течение 7—9 с. После 2—3 с от начала продувки РП ватный тампон располагают на расстоянии (2,5 ± 0,5) см от края патрубка патрона, через который ГДС при установке РП в самоспасатель направляется на вдох.

7.24.4 Положительным результатом испытания является отсутствие окраски на тампоне.

### 8 Правила отбора образцов

8.1 Отбор образцов для подтверждения соответствия проводят по ГОСТ 18321 методом многоступенчатого отбора.

8.2 Объем выборки определяется конструкторской документацией и программой испытаний на конкретный самоспасатель.

8.2.1 На предварительные и приемочные испытания отбирают опытные образцы аппаратов в количестве, определяемом соответствующими программами испытаний, но не менее двух образцов для каждого вида испытаний. При испытаниях составных частей самоспасателя допускается использование составных частей одного самоспасателя для разных видов испытаний. Самоспасатель многоразового использования допускается использовать для различных видов испытаний.

8.2.2 На приемо-сдаточные и периодические испытания отбирают серийные образцы аппаратов в количестве, указанном в технических условиях на аппарат.


8.2.3 На квалификационные испытания отбирают образцы аппаратов из первой промышленной партии в количестве, определяемом программой квалификационных испытаний.

8.2.4 На типовые испытания отбирают серийные образцы аппаратов измененной конструкции в количестве, определяемом программой типовых испытаний.

Приложение А  
(рекомендуемое)

## Описание установки ИЛ

А.1 Принципиальная схема установки ИЛ показана на рисунке А.1.



1 — насос; 2 — дозатор диоксида углерода; 3 — устройство отбора ГДС; 4 — газоанализатор диоксида углерода для выдыхаемого газа; 5 — обратный клапан; 6 — газоанализатор кислорода; 7 — холодильник; 8 — увлажнитель; 9 и 11 — отсечные клапаны; 10 — переходник; 12 — газоанализатор диоксида углерода для выдыхаемого газа; 13 — персональный компьютер; 14 — дозатор азота

Рисунок А.1 — Принципиальная схема установки ИЛ

А.2 Установка, принципиальная схема которой приведена на рисунке А.1, должна быть укомплектована следующими приборами:

- в качестве газоанализатора диоксида углерода 12 используют газоанализатор диоксида углерода с погрешностью измерения объемной доли диоксида углерода не более  $\pm 0,2\%$  в диапазоне от 0 % до 10 %;
- в качестве газовых счетчиков используют счетчики любой конструкции с классом точности не более 1;
- в качестве газоанализатора диоксида углерода 4 используют газоанализатор диоксида углерода с погрешностью измерения объемной доли диоксида углерода не более  $\pm 0,1\%$  в диапазоне от 0 % до 5 %;
- в качестве газоанализатора кислорода 6 используют газоанализатор с погрешностью не более  $\pm 2,5\%$  в диапазоне от 0 % до 100 %;
- в качестве тягопорометра используют прибор с пределом измерения не более  $\pm 3$  кПа и классом точности не более 1.5;
- в качестве датчиков температуры используют термоэлектрические преобразователи кабельные градуированные ХК с диаметром электродов не более 3 мм и классом допуска не более 2.

А.3 Установленный режим дыхания в процессе испытания самоспасателей обеспечивается насосом 1 сильфонного, мембранным или поршневого типа, создающим пульсирующий поток ГДС с изменением объемного расхода, близким к синусоидальному. С насосом соединены линии вдоха, выдоха, линии подачи диоксида углерода и азота. Линия выдоха включает в себя увлажнитель 8. На линии вдоха расположен холодильник 7, регулирование которого осуществляется путем изменения расхода подаваемой воды таким образом, чтобы температура ГДС за холодильником отличалась от комнатной не более чем на 2 °С.

Самоспасатель соединяют с линиями вдоха и выдоха установки ИЛ через переходник 10. На линиях вдоха и выдоха или в переходнике 10 предусматриваются штуцеры для присоединения тягопорометра, штуцер для изменения температуры предусматривается в переходнике 10.

Для контроля объемной доли диоксида углерода в ГДС на линии выдоха непосредственно на выходе из увлажнителя 8 отбирают пробу, которая затем через газоанализатор диоксида углерода 12 возвращается в линию выдоха перед входом в увлажнитель 8. Потребление кислорода имитируется отбором ГДС, осуществляется из линии вдоха после холодильника 7 устройством отбора ГДС 3. Средний минутный расход отбираемой ГДС определяют по формуле (4).

Забиравшую из линии вдоха ГДС прокачивают через газоанализаторы кислорода 6 и диоксида углерода 4, обратный клапан 5, после чего сбрасывают в атмосферу через газовый счетчик.

Подачу диоксида углерода в установку ИЛ осуществляют через дозатор диоксида углерода 2. Для компенсации разности объемов отбиаемой ГДС и подаваемого диоксида углерода через дозатор взота 14 подают азот. Количество отбиаемой из линии вдоха ГДС и подаваемого в систему взота рассчитывается автоматически с помощью персонального компьютера 13 на основе данных газового анализа.

Объемный расход подаваемого азота вычисляют по формуле

$$\bar{Q}_{N_2} = \bar{Q}_{\text{HC}} - \bar{Q}_{\text{CO}_2}, \quad (\text{A.1})$$

где  $\bar{Q}_{N_2}$  — среднее значение минутного объемного расхода подаваемого в установку ИП азота,  $\text{dm}^3/\text{мин}$ ;

$\bar{Q}_{\text{ГДС}}$  и  $\bar{Q}_{\text{сд2}}$  — соответственно средние значения минутных объемных расходов отбираемой ГДС для имитации потребления кислорода и подаваемого в установку ИП диоксида углерода,  $\text{dm}^3/\text{мин}$ .


При мечание — Допускается проведение испытаний без дозатора азота 14 (отсутствие подачи азота в установку ИЛ) и персонального компьютера 13. В этом случае:

- объем ГДС, отбираемой для имитации потребления кислорода, равен объему подаваемого в установку диоксида углерода;
  - величина объемной доли кислорода, измеряемая газоанализатором кислорода 6, является справочной величиной.

В зависимости от испытуемого изделия в качестве устройства 10 применяют:


- тройник для самоспасателя с центральным резьбовым соединением — рисунок А.2;
  - макет головы (голова Шеффида) для испытаний самоспасателей с маской или шлемом — рисунок А.3;
  - тройник для самоспасателя с зарывчиком — рисунок А.4.

Для надежной герметизации лицевой части на макете головы по полосе обтюрации допускается использование гипсоматиков и пропиолобандажей.




1 — выходной патрубок тройника; 2 — штуцер для присоединения тягопоромера; 3 — патрубок, направленный к линии выдоха установки ИЛ; 4 — патрубок, направленный в линии вдоха установки ИЛ; 5 — штуцер для установки термозлектрического преобразователя

Рисунок А.2 — Тройник для самоспасателя с центральным резьбовым соединением



1 — точка измерения температуры на выдохе; 2 — точка измерения температуры на вдохе; 3 — точка измерения давления;  
4 — термозлектрический преобразователь; 5 — место подсоединения тягоналорометра; 6 — макет головы (голова Шеффилда)

Рисунок А.3 — Макет головы для испытаний самоспасателей с маской



1 — выходной патрубок тройника; 2 — штуцер для присоединения тягопарометра; 3 — патрубок, направленный к линии выдоха установки ИЛ; 4 — патрубок, направленный к линии вдоха установки ИЛ; 5 — штуцер для установки термозлектрического преобразователя

Рисунок А.4 — Тройник для самоспасателя с загубником

Приложение Б  
(справочное)Значение коэффициента  $r_2$  при доверительной вероятности 0,95Б.1 Значения коэффициента  $r_2$  в зависимости от числа отказов  $m$  приведено в таблице Б.1.Таблица Б.1 — Значения коэффициента  $r_2$  в зависимости от числа отказов  $m$  при доверительной вероятности 0,95

$m$	$r_2$	$m$	$r_2$
1	0,21	12	0,62
2	0,32	14	0,64
3	0,39	15	0,65
4	0,44	20	0,69
5	0,48	25	0,72
6	0,51	30	0,74
7	0,53	40	0,77
8	0,55	50	0,79
9	0,57	60	0,81
10	0,59	80	0,83
11	0,60	100	0,85

УДК 614.894:006.354

ОКС 13.340.30

Т58

Ключевые слова: самоспасатель, сжатый кислород, химически связанный кислород, технические характеристики, методы испытаний

Редактор Р.Г. Говердовская  
 Технический редактор В.Н. Прусакова  
 Корректор Л.Я. Митрофанова  
 Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 12.09.2013. Подписано в печать 18.10.2013. Формат 60 × 84 1/16. Гарнитура Ариал.  
 Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,25. Тираж 109 экз. Зак. 1184.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.