

ГОСТ 8.420—2002

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**Государственная система обеспечения
единства измерений**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТКЛОНЕНИЙ
ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ
И ПЛОСКОСТИ**

Издание официальное

Б3 10—2000/317

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Уральским научно-исследовательским институтом метрологии (УНИИМ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол № 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 13 августа 2002 г. № 298-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.420—2002 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 марта 2003 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 8.420—81

© ИПК Издательство стандартов, 2002

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарт России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения и обозначения	1
4 Государственный эталон	1
5 Рабочие эталоны	2
6 Рабочие средства измерений	3
Приложение А Библиография	4

Государственная система обеспечения единства измерений**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ И ПЛОСКОСТНОСТИ**

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means of measuring straightness and flatness deviation

Дата введения 2003—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскости, определяющую порядок передачи размера единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскости от государственного специального эталона при помощи рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.016—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла

ГОСТ 8026—92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 10905—86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

ГОСТ 24642—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения

3 Определения и обозначения

3.1 Определения

3.1.1 В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями по ГОСТ 24642.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения:

L — длина проверяемой поверхности, м;

H — допуск прямолинейности или плоскости, мкм.

4 Государственный эталон

4.1 Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскости и передачи размера единицы при помощи рабочих эталонов рабочим средствам измерений, применяемым в стране, с целью обеспечения единства измерений.

4.2 Диапазон значений отклонений от прямолинейности и плоскости H , воспроизводимых эталоном, составляет $(0 \div 50)$ мкм.

4.3 Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности со средним квадратическим отклонением результата измерений S , не превышающим $0,1L$ мкм при 10 независимых измерениях.

Неисключенная систематическая погрешность θ не превышает $0,1L$ мкм.

4.4 Государственный специальный эталон применяют для передачи размера единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности рабочим эталонам 0 разряда методом прямых измерений.

5 Рабочие эталоны

5.1 Рабочие эталоны 0 разряда

5.1.1 В качестве рабочих эталонов 0 разряда применяют комплексы средств измерений, состоящие из твердокаменного моста длиной рабочей поверхности от 3 до 4 м и оптической измерительной системы, включающей два автоколлиматора с ценой деления $0,2''$, измерительную каретку с двумя зеркальными отражателями и механизм перемещения каретки.

5.1.2 Среднее квадратическое отклонение S результата сличения рабочих эталонов 0 разряда с государственным эталоном должно быть не более $0,2L$ мкм.

5.1.3 Рабочие эталоны 0 разряда применяют для поверки:

- автоматических автоколлимационных и гравитационных приборов и оптических линеек 1-го разряда и рабочих, рабочих лазерных интерферометров — методом прямых измерений;
- поверочных линеек типов ШП, ШПХ, ШП-ТК и ШД 2-го разряда и рабочих классов точности 0 и 0I по ГОСТ 8026 — сличением при помощи компаратора (измерительной головки с ценой деления от 0,2 до 1,0 мкм со специальными приспособлениями).

5.2 Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем

5.2.1 В качестве рабочих эталонов, заимствованных из других поверочных схем, применяют экзаменаторы 1-го и 2-го разрядов по ГОСТ 8.016 и плоскопараллельные концевые меры длины 2-го разряда по [1].

5.2.2 Экзаменаторы 1-го разряда совместно с плоскопараллельными концевыми мерами длины 2-го разряда применяют для поверки автоколлиматоров с ценой деления $0,2''$ и $0,25''$ и электронных уровней с ценой деления $0,1''$ и $0,2''$ 1-го разряда и рабочих методом прямых измерений.

5.2.3 Экзаменаторы 1-го разряда применяют для поверки автоколлиматоров и электронных уровней с ценой деления $0,5''$ и $1''$ 2-го разряда и рабочих методом прямых измерений.

5.2.4 Экзаменаторы 2-го разряда применяют для поверки микронивелиров и брусковых уровней с ценой деления $5''$ 2-го разряда и рабочих методом прямых измерений.

5.3 Рабочие эталоны 1-го разряда

5.3.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют оптические линейки с ценой деления 0,5 и 1 мкм, автоматические автоколлимационные и гравитационные приборы, автоколлиматоры с измерительной кареткой с ценой деления $0,2''$ и $0,25''$ и электронные уровни с ценой деления $0,1''$ и $0,2''$.

5.3.2 Доверительные абсолютные погрешности б оптических линеек 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 0,5 до 1,0 мкм.

Доверительные абсолютные погрешности электронных уровней и автоколлиматоров 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от $0,3''$ до $0,6''$.

Доверительные абсолютные погрешности автоматических автоколлимационных и гравитационных приборов при доверительной вероятности 0,95 должны быть не более $(0,5+0,2L)$ мкм.

5.3.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда и высокоточных рабочих средств измерений методами прямых и косвенных измерений.

5.4 Рабочие эталоны 2-го разряда

5.4.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют автоколлиматоры и электронные уровни с ценой деления $0,5''$ и $1,0''$ в комплекте с измерительной кареткой, микронивелиры типа МН-2, брусковые уровни с ценой деления не более $5''$, инструментально-поверочные блоки типа ИПБ из твердокаменных пород класса точности 0, поверочные плиты классов точности 0 и 1 по ГОСТ 10905, поверочные линейки типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности 0 по ГОСТ 8026 при длине линеек до 1600 мм и класса точности 0I — при длине линеек 2000 мм и более.

5.4.2 Доверительные абсолютные погрешности δ рабочих эталонов 2-го разряда: блоков типа ИПБ, поверочных плит классов точности 0 и 1, поверочных линеек типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК при доверительной вероятности 0,95 составляют от $(0,5 + 0,5L + 0,01H)$ до $(1,5 + 0,8L + 0,02H)$ мкм; автоколлиматоров и электронных уровней с ценой деления $0,5''$ и $1,0''$ в комплекте с измерительной кареткой, микронивелиров типа МН-2, брусковых уровней с ценой деления не более $5''$ при доверительной вероятности 0,95 составляют $1''$.

5.4.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 3-го разряда и рабочих средств измерений методами прямых и косвенных измерений, а также сличением при помощи компаратора (измерительной головки с ценой деления 1 мкм со специальными приспособлениями).

5.5 Рабочие эталоны 3-го разряда

5.5.1 В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют поверочные линейки типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности I по ГОСТ 8026, оптические плоскомеры с ценой деления 1 мкм, гидростатические уровни с ценой деления 10 мкм, инструментально-поверочные блоки типа ИПБ класса точности I.

5.5.2 Доверительные абсолютные погрешности δ рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от $(1 + L + 0,02H)$ до $(5 + 5L)$ мкм.

5.5.3 Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений методом прямых измерений или сличением при помощи компаратора (измерительной головки с ценой деления 1 и 2 мкм со специальными приспособлениями).

6 Рабочие средства измерений

6.1 В качестве рабочих средств измерений применяют оптические линейки с ценой деления 0,5 и 1,0 мкм, оптические плоскомеры с ценой деления 1 мкм, автоколлиматоры с измерительной кареткой с ценой деления от $0,2''$ до $1,0''$, автоматические автоколлимационные и гравитационные приборы, электронные уровни с ценой деления от $0,1''$ до $1,0''$, микронивелиры типа МН-2, брусковые уровни с ценой деления не более $5''$, гидростатические уровни с ценой деления 10 мкм, приборы типа ППС, лазерные интерферометры, инструментально-поверочные блоки типа ИПБ, поверочные линейки с широкой рабочей поверхностью и поверочные плиты всех типов, размеров и классов точности по ГОСТ 8026 и ГОСТ 10905.

6.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений составляют от $(0,5 + 0,005H)$ до 120 мкм.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Библиография

- [1] МИ 2060 — 90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне $1 \cdot 10^{-4} + 50$ м и длин волн в диапазоне $0,2 + 50$ мкм

УДК 531.717.8:53.089.68:006.354

МКС 17.020

Т84

ОКСТУ 0008

Ключевые слова: государственный специальный эталон, государственная поверочная схема, средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскости, рабочий эталон, рабочее средство измерений

Редактор *Т. С. Шеко*
Технический редактор *Л. А. Гусева*
Корректор *Н. И. Гаврицук*
Компьютерная верстка *З. И. Мартыновой*

Изд. лин. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 16.09.2002. Подписано в печать 17.10.2002. Усл. печ. л. 0,93 + вкл. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,50 + вкл. 0,68. Тираж 632 экз. С 7792. Зак. 2334.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Коломенский пер., 14.
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138

Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности

